

AGMAR d.o.o.
Jakuševečka cesta 4b
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 53229255187
tel.: +385 (0)1 66 10 333
fax: +385 (0)1 66 10 300
e-mail: agmar@agmar.org
www.agmar.org

14. srpnja 2017.

Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranom popisu kompatibilnih uređaja za određivanje razine glukoze u krvi kod pacijenata liječenih EXTRANEAL otopinom za peritonejsku dijalizu (ikodekstrin)

Poštovani,

AGMAR d.o.o. u ime proizvođača Baxter i u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obavještava Vas o novoj važnoj informaciji vezanoj za sigurnost bolesnika koji se liječe EXTRANEAL (ikodekstrin) otopinom za peritonejsku dijalizu i koji koriste uređaje i test trake za određivanje razine glukoze u krvi. U prilogu Vam dostavljamo ažurirani Popis uređaja za određivanje razine glukoze u krvi sa svim važnim informacijama. Za detaljne informacije o lijeku EXTRANEAL (ikodekstrin) otopina za peritonejsku dijalizu molimo pogledajte Sažetak opisa svojstava lijeka odobren u Republici Hrvatskoj ili posjetite www.glucosesafety.com.

Molimo Vas da ovu obavijest prosljedite svim kolegama i bolesnicima kojima bi mogla biti potrebna.

Poziv na prijavljivanje nuspojava

Sve sumnje na nuspojave potrebno je prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem:

- on-line obrasca za prijavu nuspojava dostupnog na internetskoj stranici www.halmed.hr. HALMED poziva zdravstvene radnike na korištenje ovog obrasca, iako je on primarno namijenjen za prijave sumnji na nuspojavu od strane pacijenata, kako bi proces prijavljivanja sumnji na nuspojave bio što jednostavniji. Prijave poslane ovim putem jednako se boduju od strane komore kao i prijave poslane poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom. Kontakt podatke prilikom slanja prijava putem ove aplikacije potrebno je navesti u polju „Dodatni komentari“.
- obrasca dostupnog na internetskoj stranici www.halmed.hr. Prijave je moguće poslati elektronskom poštom u Word formatu (nuspojave@halmed.hr), poštom (Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb) ili telefaksom (01/4884-110)

Imate li pitanja u vezi navedenog, molimo kontaktirajte tvrtku AGMAR d.o.o., Jakuševečka cesta 4b, 10 000 Zagreb, koja je zastupnik proizvođača Baxter u Republici Hrvatskoj. Kontakt osoba je Stela Subotičanec, dr. med. (01/6610-311).

S poštovanjem,



Stela Subotičanec, dr. med.

Lokalna odgovorna osoba za farmakovigilanciju
AGMAR d.o.o.

Prilozi:

1. Popis uređaja za određivanje razine glukoze u krvi (Zadnja promjena: 14. srpnja 2017.)
2. Obrazac za prijavu nuspojave za zdravstvenog radnika