

Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki jih opazite pri zdravljenju z zdravilom Extraneal, poročate v skladu s Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 57/14), na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si.

Izpolnjen obrazec o domnevnem neželenem učinku zdravila pošljite nacionalnemu centru za farmakovigilanco: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Center za zastupitve, Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, faks: + 386 (0)1 434 76 46, ali na elektronski naslov: farmakovigilanca@kclj.si.

Zadnja posodobitev junij 2017

Baxter

extraneal

Izberite novo državo

OPOZORILO

Možnost napačnih meritev ravni glukoze v krvi

Bolniki, ki prejemajo zdravilo Extraneal (ikodekstrin) raztopina za peritonealno dializo, bodo lahko dobili nepravilne vrednosti pri merjenju ravni glukoze v krvi z nekaterimi vrstami merilnikov in testnih lističev.

Uporabljajte SAMO merilnike in testne lističe, ki so specifični za glukozo. Te metode običajno uporabljajo v kliničnih laboratorijih.

Izraz "specifični za glukozo" se nanaša na tiste merilnike ravni glukoze in testne lističe, na katere ne vpliva prisotnost maltoze ali nekaterih drugih sladkorjev. Ker zdravilo Extraneal povzroči zvišanje koncentracije maltoze v krvi, uporabljajte samo tiste merilnike in testne lističe, ki so namenjeni prav za merjenje glukoze.

NE uporabljajte merilnikov in testnih lističev, ki temeljijo na uporabi metod z glukozna dehidrogenazo in pirolokinolinkinsonom (GDH-PQQ) oziroma z barvno glukozna oksidoreduktazo (GDO). Poleg tega ne smete uporabljati nekaterih, vendar ne vseh merilnikov in testnih lističev, ki temeljijo na uporabi metode z glukozna dehidrogenazo – flavinadenin dinukleotidom (GDH-FAD). Zaradi moteče prisotnosti maltoze lahko namreč uporaba teh metod povzroči odčitek lažno zvišane ravni glukoze v krvi pri bolnikih, ki uporabljajo zdravilo Extraneal. Lažno zvišan odčitek ravni glukoze v krvi lahko prikrije dejansko nižjo raven glukoze v krvi (hipoglikemijo) ali vodi do napačne diagnoze zvišane ravni glukoze v krvi (hiperglikemije) ter tako lahko povzroči smrtno nevarne dogodke.

Če želite ugotoviti, na kakšni metodi temelji delovanje vašega merilnika ravni glukoze v krvi, morate prebrati nalepko TAKO na merilniku KOT na uporabljenih testnih lističih. Če niste prepričani, se obrnite na izdelovalca merilnika in testnih lističev in ga vprašajte, kakšno metodo uporablja.

Za pomembne informacije o zdravilu Extraneal, merilnikih ravni glukoze in testnih lističih glejte spodnje povezave. Podatki o izdelovalcih merilnikov ravni glukoze in testnih lističev ter njihovi združljivosti z zdravilom so vključeni v Seznam merilnikov ravni glukoze v krvi za Republiko Slovenijo.

Informacije o zdravilu

- [Povzetek glavnih značilnosti zdravila](#)

Pomembne informacije glede varnosti

- [Opozorilo za zdravstvene delavce](#)

Dodatne povezave

- [Seznam merilnikov ravni glukoze v krvi](#)
- [JAZMP](#)
- [Poziv k poročanju neželenih učinkov zdravil](#)



Prenesite Adobe Reader