

警語及預防 可能導致不正確血糖判讀值

姓名

正在使用Extraneal™腹膜透析液

0610

只能使用具有葡萄糖專一性的血糖機或試紙。這些是臨床實驗室裡普遍使用的方式。請與您血糖機或試紙製造商聯繫是否正使用此種試驗方式。

不可使用所有以葡萄糖去氫酶 GDH-PQQ (glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone) 或葡萄糖染色劑氧化還原酶 (glucose-dye-oxidoreductase) 及部份以葡萄糖去氫酶黃素腺嘌呤雙核苷酸 GDH-FAD (glucose dehydrogenase flavin-adenine dinucleotide) 測試法的血糖機及血糖試紙。使用這些測試法可能導致使用 Extraneal™ 腹膜透析液的病人出現偽性高血糖值的判讀情形。這樣可能掩蓋實際上血糖過低的情況或導致誤診為血糖過高，因而對病人的安全造成威脅。

如需更進一步資訊，包括一個與 Extraneal™ 兼容性的血糖機或試紙名單，請參閱 www.glucosafety.com。或電 2807 8500 洽詢腎科部 (週一至週五 AM9:00~PM5:30)

Baxter BAXTER 和 EXTRANEAL™ 為百特醫療用品有限公司之註冊商標

警語及預防 可能導致不正確血糖判讀值

姓名

正在使用Extraneal™腹膜透析液

0610

只能使用具有葡萄糖專一性的血糖機或試紙。這些是臨床實驗室裡普遍使用的方式。請與您血糖機或試紙製造商聯繫是否正使用此種試驗方式。

不可使用所有以葡萄糖去氫酶 GDH-PQQ (glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone) 或葡萄糖染色劑氧化還原酶 (glucose-dye-oxidoreductase) 及部份以葡萄糖去氫酶黃素腺嘌呤雙核苷酸 GDH-FAD (glucose dehydrogenase flavin-adenine dinucleotide) 測試法的血糖機及血糖試紙。使用這些測試法可能導致使用 Extraneal™ 腹膜透析液的病人出現偽性高血糖值的判讀情形。這樣可能掩蓋實際上血糖過低的情況或導致誤診為血糖過高，因而對病人的安全造成威脅。

如需更進一步資訊，包括一個與 Extraneal™ 兼容性的血糖機或試紙名單，請參閱 www.glucosafety.com。或電 2807 8500 洽詢腎科部 (週一至週五 AM9:00~PM5:30)

Baxter BAXTER 和 EXTRANEAL™ 為百特醫療用品有限公司之註冊商標