

Informasi keamanan yang penting mengenai cairan dialisis peritoneal EXTRANEAL (Icodextrin 7.5%)

- EXTRANEAL dikontraindikasikan bagi pasien yang menderita alergi tepung jagung atau icodextrin ataupun pasien dengan gangguan penyimpanan glikogen.
- Tidak digunakan untuk injeksi intravena
- Kejadian peningkatan kadar gula darah yang salah dapat terjadi pada monitor dan tes strip glukosa, bila pasien yang menggunakan EXTRANEAL melakukan pemeriksaan kadar gula darah menggunakan alat monitor dan strip tes yang menggunakan metode enzim dehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) atau glucose-dye-oxidoreductase.. Informasi tambahan ada beberapa tetapi tidak semua glukosa monitor atau strip tes yang menggunakan glucose hydrogenase flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD) tidak dapat digunakan. Peningkatan kadar gula darah yang salah dapat menutupi kondisi hipoglikemia atau menyebabkan kesalahan diagnosis hiperglikemia sehingga membutuhkan kadar insulin yang lebih tinggi. Bila hal tersebut terjadi, pasien dapat berisiko mengalami koma, kerusakan neurologi hingga kematian. Hubungi perusahaan yang menjual monitor dan tes strip glukosa untuk mengetahui metoda yang digunakan pada alat tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan pembacaan hasil.
- Volume cairan pasien dimonitor secara rutin untuk menghindari terjadinya hiper atau hipovolemia dan gangguan berat lainnya seperti gagal jantung kongesti, kekurangan cairan hingga syok hipovolemia. Keseimbangan cairan harus terus dijaga dan rutin memonitor berat badan.
- Selama terapi sebaiknya dilakukan pemantauan ketat oleh dokter yang menangani pasien PGK.
- Pasien yang menderita diabetes dan mendapat terapi insulin, selalu memantau dosis penggunaan insulin kepada dokter selama penggunaan EXTRANEAL
- Beberapa uji klinik yang telah dilakukan, kejadian efek samping dari pemberian EXTRANEAL dibandingkan kontrol seperti peritonitis (26% vs 25%), infeksi saluran pernafasan atas (15% vs 13%), hipertensi (13% vs 8%) dan kemerahan pada kulit (10% vs 5%). Keluhan yang paling banyak dari pemberian EXTRANEAL yaitu kemerahan pada kulit (5,5% vs 1,7%).
- Untuk lebih jelasnya silahkan melihat pada informasi produk lengkap.