

PERINGATAN DAN PERHATIAN

Risiko Kesalahan Pembacaan Hasil Pemeriksaan Gula Darah

Nama Pasien :

Pengguna cairan dialisis peritoneal
EXTRANEAL (icodextrin 7,5%)

Gunakan monitor dan strip yang spesifik terhadap glukosa (*Glucose specific*). Metoda pemeriksaan ini bisa dilakukan di laboratorium. Hubungi perusahaan yang memproduksi alat monitor glukosa dan strip tes untuk memastikan metoda yang digunakan.

Tidak diperbolehkan menggunakan alat monitor dan strip tes yang menggunakan metoda *enzim dehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ)* atau *glucose-dyeoxidoreductase*. Info tambahan, ada beberapa tetapi tidak semua glukosa monitor atau strip tes yang menggunakan *glucose dehydrogenase flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD)* tidak dapat digunakan. Penggunaan metoda ini dapat menyebabkan hasil positif palsu berupa kadar gula darah yang tinggi pada pasien yang menggunakan Extraneal (*icodextrin*). Hal ini dapat menutupi kondisi *hipoglikemia* atau menyebabkan kesalahan diagnosis *hiperglikemia*, dan berisiko menyebabkan keadaan yang mengancam jiwa.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai EXTRANEAL dan glukometer yang compatible, kunjungi www.glucosesafety.com

Oktober 2010 CS 10/10

Baxter Baxter dan EXTRANEAL adalah hak milik Baxter International Inc.

