

Lihat sisi belakang tentang peringatan dan perhatian

Nama: _____

**Pengguna cairan dialisis peritoneal
EXTRANEAL (icodextrin)**

Nomor informasi gawat darurat

Dokter ahli ginjal	()
Perawat PD/Pusat PD	()
Lain-lain	()

BAXTER dan EXTRANEAL adalah hak milik Baxter International Inc. AL06310 12/06

PERINGATAN DAN PERHATIAN
Risiko Kesalahan Pembacaan Hasil Pemeriksaan Gula Darah

Gunakan monitor dan strip yang spesifik terhadap glukosa (Glucose specific). Metoda pemeriksaan ini bisa dilakukan di laboratorium. Hubungi perusahaan yang memproduksi alat monitor glukosa dan strip tes untuk memastikan metoda yang digunakan.

Tidak diperbolehkan menggunakan alat monitor dan strip tes yang menggunakan metoda *enzim dehidrogenase pyrroloquinolinequinone* (GDH-PQQ) atau *glucose dyeoxidoreductase*. Info tambahan, ada beberapa tetapi tidak semua glukosa monitor atau strip tes yang menggunakan *glucose dehidrogenase flavin-adenine dinucleotide* (GDH-FAD) tidak dapat digunakan. Penggunaan metoda ini dapat menyebabkan hasil positif palsu berupa kadar gula darah yang tinggi pada pasien yang menggunakan Extraneal (*icodextrin*). Hal ini dapat menutupi kondisi *hipoglikemia* atau menyebabkan kesalahan diagnosis *hiperglikemia*, dan berisiko menyebabkan keadaan yang mengancam jiwa. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai EXTRANEAL dan glukometer yang compatible, kunjungi www.glucosesafety.com

Baxter

Oktober 2010 WC 10/10

