

警告

可能导致血糖值判读错误

患者姓名

正在使用EXTRANEAL
(艾考糊精7.5%) 腹膜透析液

只能使用葡萄糖专一性血糖仪和试纸。这些是临床实验室普遍使用的方法。请联系血糖仪和试纸制造商，以确定其采用何种方法检测血糖水平。

请勿使用通过葡萄糖脱氢酶 (GDH-PQQ) 或葡萄糖-染色剂-氧化还原酶进行检测的血糖仪或试纸。此外，也不得使用部分但非全部以葡萄糖脱氢酶黄素-腺嘌呤二核苷酸 (GDH-FAD) 进行检测的血糖仪或试纸。使用EXTRANEAL (艾考糊精7.5%) 的患者采用以上方式检测血糖时可能会因麦芽糖干扰而导致出现假性血糖读数升高。假性血糖读数升高可能掩盖真正的低血糖或导致高血糖的错误判定，从而导致危及生命的事件。

更多信息 (包括适用的血糖仪目录)，请访问www.glucosesafety.com

Baxter

BAXTER和EXTRANEAL为广州百特医疗用品有限公司之注册商标