

## Na vedomie zdravotníckemu personálu

### UPOZORNENIE

### Možnosť namerania nesprávnych hodnôt glukózy v krvi

Máj 2010

Vážený zdravotnícky personál,

spoločnosť Baxter Healthcare Ltd. Vás chce upozorniť na **dôležitú bezpečnostnú informáciu** týkajúcu sa pacientov, ktorí používajú roztok na peritoneálnu dialýzu EXTRANEAL (Ikodextrín 7,5 %) a ktorých liečba môže vyžadovať použitie glukometrov a testovacích prúžkov.

**Pacienti liečení liekom EXTRANEAL (Ikodextrín 7,5 %) môžu mať namerané nesprávne hodnoty hladiny glukózy v krvi, keď používajú niektoré glukometre a testovacie prúžky.**

**POUŽÍVAJTE IBA glukometre a testovacie prúžky, ktoré sú špecifické na glukózu. Tieto metódy sa bežne používajú v biochemických laboratóriách. Za účelom zistenia metódy použitej na vyhodnotenie nameraných výsledkov kontaktujte výrobcu glukometrov a testovacích prúžkov. Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si stránku [www.glucosesafety.com](http://www.glucosesafety.com), ktorá obsahuje zoznam kompatibilných glukometrov.**

Pojem “špecifické na glukózu” sa vzťahuje na glukometre a testovacie prúžky, ktoré nie sú ovplyvňované prítomnosťou maltózy alebo inými druhmi cukrov. Pretože **EXTRANEAL** (Ikodextrín 7,5 %), roztok na peritoneálnu dialýzu, zvyšuje hladiny maltózy v krvi používajte iba glukometre a testovacie prúžky špecifické na glukózu.

**NEPOUŽÍVAJTE glukometre a testovacie prúžky na báze pyrolchinolinchinón glukózodehydrogenázy (GDH-PQQ) alebo glukózového farbiva – oxidoreduktázy.** Okrem toho sa nemajú používať niektoré glukometre a testovacie prúžky, ktoré používajú metódu glukózovej dehydrogenázy s flavín-adenín-dinukleotidom (GDH-FAD). U pacientov, ktorí používajú **EXTRANEAL** (Ikodextrín 7,5 %), môže použitie týchto metód viesť k falošne zvýšením hodnotám glukózy následkom interferencie maltózy. Meranie hodnôt glukózy použitím takýchto glukometrov môže u pacienta liečeného liekom **EXTRANEAL** (Ikodextrín 7,5 %) s hodnotou glukózy v referenčnom rozsahu zakryť hypoglykémiu (nízku hladinu cukru v krvi). Toto môže byť príčinou neprimeraných opatrení zo strany pacienta alebo zdravotníckeho pracovníka v snahe upraviť hodnotu krvného cukru do referenčného rozsahu. Falošne zvýšené hodnoty glukózy v krvi môžu viesť k podaniu väčšieho množstva inzulínu, ako je potrebné. Obidve situácie môžu mať za následok život ohrozujúci stav pacienta, vrátane straty vedomia, kómy, neurologického poškodenia alebo smrti.

Dodatočné upozornenia pre pacientov liečených liekom **EXTRANEAL** (Ikodextrín 7,5 %):

1. Ukončenie používania lieku **EXTRANEAL** (Ikodextrín 7,5 %) neovplyvní následné riziko potenciálnej interferencie s glukometrami. Falošne zvýšené hladiny glukózy môžu byť zvýšené ešte dva týždne po ukončení liečby liekom **EXTRANEAL** (Ikodextrín 7,5 %).

2. Na zistenie metódy použitej na vyhodnotenie nameraných hodnôt glukózy v krvi skontrolujte označenie/štítkov použitého glukometra a testovacích prúžkov. V prípade pochybností kontaktujte výrobcu.

3. Ak vo Vašom zdravotníckom zariadení používate elektronické zdravotné záznamy, vyššie uvedená informácia popisujúca interferenciu s glukometrami alebo testovacími prúžkami musí byť vložená do príslušnej časti, ľahko dostupnej pre všetkých používateľov.

Ak potrebujete ďalšie informácie, prečítajte si súhrn charakteristických vlastností lieku **EXTRANEAL** (Icodextrín 7,5%) alebo si pozrite stránku [www.glucosesafety.com](http://www.glucosesafety.com).

Dúfame, že táto informácia je pre Vás užitočná. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa lieku **EXTRANEAL** (Icodextrín 7,5%), kontaktujte lokálneho zástupcu spol. Baxter.



Peter Rutherford MD PhD  
Medical Director (Renal) Europe

Baxter and Extraneal sú ochranné známky Baxter International Inc.

Dátum prípravy: Máj 2010