

Перелік глюкометрів для конкретної країни

Назва країни: Україна (Ukraine)

Це невичерпний перелік, який є актуальним станом на **4 жовтня 2024 року**. Відсутність конкретного глюкометра або тест-смужок у цьому списку НЕ означає сумісність або несумісність із розчином для перитонеального діалізу ЕКСТРАНІЛ (ікодекстрин). Подібним чином інші технології вимірювання рівня глюкози, які не перераховані нижче (такі як системи безперервного контролю рівня глюкози), можуть бути або є несумісними з розчином ЕКСТРАНІЛ. **Завжди звертайтеся до виробника виробу для отримання актуальної інформації.** Якщо виробник не може надати інформацію щодо сумісності виробу з ікодекстрином і мальтозою, компанія «Бакстер» (Baxter) НЕ рекомендує пацієнтам, які приймають ЕКСТРАНІЛ, використовувати цей виріб. Компанія «Бакстер» (Baxter) залишає за собою право вносити зміни у цей перелік без попередження та не гарантує, що він містить усі потенційно несумісні вироби.

Перелічені виробники глюкометрів засвідчили перед компанією «Бакстер» (Baxter), що вони випробовували (відповідно до ISO 15197) свої глюкометри із застосуванням разом з мальтозою та ікодекстрином в межах рекомендованих компанією «Бакстер» (Baxter) обмежень: 278 мг/дл (мальтоза) та 1094 мг/дл (ікодекстрин). Виробники засвідчили, що їхні «зелені» глюкометри, наведені нижче, не впливають на показники рівня глюкози в крові. Зверніть увагу, що наведений нижче перелік сумісності стосується лише глюкометрів відомих виробників, які використовуються з тест-смужками відповідних виробників. Якщо фірмовий глюкометр використовується з тест-смужками іншого виробника, **завжди звертайтеся до виробника тест-смужок для отримання актуальної інформації.**

Цей перелік складено на основі виконання пошуку в Інтернеті, літературі, внутрішніх дослідженнях компанії «Бакстер» (Baxter), інформації від державних відомств, інструкціях-вкладках до тестових смужок, попередженнях щодо безпеки та безпосередній інформації від виробників виробів. Попри те, що було докладено зусиль, щоб надати точну та актуальну інформацію, компанія «Бакстер» (Baxter) не виробляє ці глюкометри або тест-смужки та тому не гарантує початкову або подальшу точність цієї інформації. Будь ласка, зв'яжіться з виробником(-ами) глюкометра та тест-смужки, щоб отримати найактуальнішу інформацію про сумісність перед використанням у поєднанні з розчином для перитонеального діалізу (ПД) ЕКСТРАНІЛ (ікодекстрин).

1. Розчин для перитонеального діалізу ЕКСТРАНІЛ (ікодекстрин) містить ікодекстрин. Мальтоза, метаболіт ікодекстрину, може впливати на роботу певних глюкометрів або тест-смужок. Це втручання призведе до отримання хибно підвищеного рівня глюкози за допомогою цих глюкометрів або тест-смужок.
2. Таке порушення вимірювання може маскувати справжню гіпоглікемію або призвести до помилкового діагнозу гіперглікемії. Таким чином, показник рівня глюкози в крові в межах або вище норми у пацієнта, який приймає розчин для перитонеального діалізу ЕКСТРАНІЛ (ікодекстрин), визначений за допомогою цих глюкометрів або тест-смужок, може маскувати справжній низький рівень цукру в крові. Це може призвести до того, що пацієнт або медичний працівник не вживе належних заходів для нормалізації рівня цукру в крові. Крім того, хибно підвищений рівень глюкози в крові може призвести до того, що пацієнт отримає більшу кількість інсуліну, ніж потрібно. Обидві ці ситуації можуть призвести до небезпечних для життя подій, зокрема втрати свідомості, коми, неврологічного порушення або смерті.
3. Відділення діалізу або пацієнт повинні зв'язатися з виробником глюкометра та/або тест-смужок, аби визначити, чи на роботу глюкометра або тест-смужки, які вони використовують, впливає ікодекстрин або мальтоза. Також ознайомтеся з інформацією про виріб, що додається до глюкометра та тест-смужок.
4. Наведений нижче перелік носить виключно довідковий характер. Цей перелік не передбачає рекомендацій щодо цих глюкометрів або тест-смужок.
5. Визначені сумісні вироби наведено в таблиці нижче. У пацієнтів, які приймають розчин для перитонеального діалізу ЕКСТРАНІЛ (ікодекстрин), слід використовувати **ЛИШЕ** глюкометри та тест-смужки, призначені виключно для визначення рівня глюкози. Зверніться до виробника, щоб переконатися, що тест-смужки та глюкометр призначені виключно для визначення рівня глюкози. У переліку міститься контактна інформація найбільш поширених виробників основних марок.

ГЛЮКОМЕТРИ для конкретної країни

Оновлено 4 жовтня 2024 р.

Марка глюкометра	Сумісний з розчином для перитонеального діалізу Екстраніл (ікодекстрин) (Призначений виключно для визначення рівня глюкози)	Тип дослідження*	Виробник
FreeStyle Freedom	Так	GDH-FAD	Abbott Diabetes Care («Еботт Діабетес Кейр») www.abbottdiabetescare.com Телефон: +380-44-4992989 Адреса: VD Mais, Медичний відділ, Вул. Донця 6, 03061 Київ, Україна
FreeStyle Freedom Lite	Так	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Так	GDH-FAD	
FreeStyle Libre ¹	Не рекомендується	GO	
FreeStyle Libre Pro ¹	Не рекомендується	GO	
FreeStyle Libre 2 ¹	Не рекомендується	GO	
FreeStyle Libre 3 ¹	Не рекомендується	GO	
FreeStyle Optium Neo	Так	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Так	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	Так	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	Так	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Так	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Так	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Так	GDH-NAD	
Assure Platinum	Так	GO	Arkray, Inc. («Аркрей Інк.») www.arkray.co.jp Телефон: +31-20-545-24-50 Офіційне представництво в Україні відсутнє, уточнюйте інформацію у продавців.
GLUCOCARD 01	Так	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Так	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Так	GO	
GLUCOCARD MX	Так	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	Так	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Так	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Так	GO	
GLUCOCARD X-meter	Так	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini	Так	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus	Так	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	Так	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	Так	GO	
ReliOn Confirm	Так	GO	
ReliOn micro	Так	GO	
ReliOn Prime	Так	GO	
GLUCOCARD S onyx	Так	GDH-FAD	
PocketChem BG	Так	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	Так	GO	
GLUCOCARD PlusCare	Так	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	Так	GDH-FAD	
GlucoCard G+	Так	GO	
GlucoCard G+ Link	Так	GO	
GlucoCard Σ+	Так	GO	
GlucoCard Σ+ Link	Так	GO	

Марка глюкометра	Сумісний з розчином для перитонеального діалізу Екстраніт (ікодекстрин) (Призначений виключно для визначення рівня глюкози)	Тип дослідження*	Виробник
Breeze 2 Contour Contour Link Contour Next Contour Next EZ Contour Next Link Contour Next Link 2.4 Contour Next USB Contour Next One Contour Plus Contour Plus Link 2.4 Contour Plus One Contour TS Contour USB Contour XT Contour Next (Connected) Contour Care Contour Plus Blue Contour Plus Elite Contour Next GEN	Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так	GO GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD	Ascensia Diabetes Care («Асценія Діабетес Кейр», колишня назва Bayer HealthCare, «Байер Хелскейр») www.ascensia.com ТОВ "БАЙЄР" 04071, Україна, Київ, вул. Верхній Вал 4-б Телефон: +38 (044) 220-33-00 Факс: +38 (044) 220-33-01
OneTouch Select OneTouch SelectPlus OneTouch SelectPlus Flex OneTouch SelectPlus Simple OneTouch Select Simple OneTouch Ultra 2 OneTouch UltraEasy OneTouch UltraMini OneTouch UltraPlus Flex OneTouch UltraPlus Reflect OneTouch UltraVue OneTouch Verio OneTouch VerioFlex OneTouch VerioIQ OneTouch VerioPro+ OneTouch VerioVue OneTouch Verio Reflect	Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так Так	GO GO GO GO GO GO GO GO GDH-FAD GDH-FAD GO GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD	Lifescan, Inc. («Лайфскан Інк.») www.lifescan.com Телефон: N/A Офіційного представництва в Україні немає, перевіряйте інформацію у продавців.
Nova Max Plus Nova Max Link StatStrip Hospital Glucose Meter StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System StatStrip Xpress Glucose Meter StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System	Так Так Так Так Так Так	GO GO GO GO GO GO	Nova Biomedical («Нова Біомедікал») www.novabiomedical.com Телефон: 1-781-894-0800 Офіційного представництва в Україні немає, перевіряйте інформацію у продавців.

Марка глюкометра	Сумісний з розчином для перитонеального діалізу Екстраніл (ікодекстрин) (Призначений виключно для визначення рівня глюкози)	Тип дослідження*	Виробник
StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System Nova Pro Glucose/Ketone Meter StatStrip Glucose Hospital Meter System V2.0 StatStrip Glucose/Ketone Hospital Meter System V2.0	<p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p>	<p style="text-align: center;">GO</p> <p style="text-align: center;">GDH-FAD GO</p> <p style="text-align: center;">GO</p>	
Accu-Chek Active Accu-Chek Aviva Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Connect Accu-Chek Aviva Expert Accu-Chek Aviva Insight Accu-Chek Aviva Plus² Accu-Chek Aviva Solo Accu-Chek Guide Accu-Chek Guide Me Accu-Chek Inform II Accu-Chek Instant Accu-Chek Instant S Accu-Chek Nano² Accu-Chek Nano SmartView² Accu-Chek Mobile Accu-Chek Performa Accu-Chek Performa Combo Accu-Chek Performa Connect Accu-Chek Performa Insight Accu-Chek Performa Solo Accu-Chek Guide Solo	<p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p>	Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH GDH-FAD GDH-FAD Mut Q-GDH GDH-FAD GDH-FAD Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH GDH-FAD	Roche Diagnostics («Рош Діагностікс») www.accu-chek.com Телефон: +38 (044) 354-30-40 +38 (044) 354-30-41 Адреса: вул. Петра Сагайдачного, 33, 3-й поверх, м. Київ, 04070, Україна
TRUE METRIX TRUE METRIX GO TRUE METRIX Air TRUEresult³ TRUEresult Twist 2³ TRUEyou³	<p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Не рекомендується</p> <p style="text-align: center;">Не рекомендується</p> <p style="text-align: center;">Не рекомендується</p>	GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD	Trividia Health www.trividiahealth.com Телефон: 1-800-803-6025 Офіційного представництва в Україні немає, перевіряйте інформацію у продавців
Newmed - NEO Newmed - Visio	<p style="text-align: center;">Так</p> <p style="text-align: center;">Так</p>	<p style="text-align: center;">GO</p> <p style="text-align: center;">GDH-FAD</p>	Newmed GmbH («Ньюмед ГмбХ») https://www.new-med.at/de/ Телефон: +43 19 391901 Адреса: Absberggasse 27, stiege 7 1100 Відень, Австрія

Марка глюкометра	Сумісний з розчином для перитонеального діалізу Екстраніл (ікодекстрин) (Призначений виключно для визначення рівня глюкози)	Тип дослідження*	Виробник
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700	Так	GDH-FAD	Bionime Corporation www.bionime.com
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro	Так	GDH-FAD	Адреса: 49130, м. Дніпро, вул.Березинська, 24-А
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700S	Так	GDH-FAD	Телефон: +38 067 611-86-98
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700SB	Так	GDH-FAD	E-mail: info@bionime-farm.com.ua
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro 2	Так	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM720	Так	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM722	Так	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max	Так	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Plus	Так	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz	Так	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus	Так	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550	Так	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280	Так	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B	Так	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333	Так	GO	
Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System	Так	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300	Так	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250	Так	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260	Так	GO	
GE100 Blood Glucose Monitoring System	Так	GO	
Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System	Так	GO	
Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System	Так	GO	
iGlucose Blood Glucose Monitoring System	Так	GO	

Марка глюкометра	Сумісний з розчином для перитонеального діалізу Екстраніл (ікодекстрин) (Призначений виключно для визначення рівня глюкози)	Тип дослідження*	Виробник
GE333 Blood Glucose Monitoring System	Так	GO	
Quintet AC Blood Glucose Monitoring System	Так	GO	
Mylife Pura Blood Glucose Monitoring System	Так	GO	
Mylife Unio Blood Glucose Monitoring System	Так	GDH-FAD	
Mylife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System	Так	GDH-FAD	
Mylife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System	Так	GDH-FAD	
LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System	Так	GO	
LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System	Так	GO	
LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System	Так	GDH-FAD	
LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System	Так	GDH-FAD	
LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System	Так	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Tel	Так	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose and Ketone Monitoring System Max Dual	Так	GDH-FAD	

¹ Ці глюкометри компанії «Ебботт» (а також Dexcom G4 Platinum, G5 Mobile, G6 і Medtronic iPro2) – провідні системи безперервного моніторингу рівня глюкози (CGM) і **не рекомендуються** їх виробниками для використання у пацієнтів, які перебувають на діалізі. Незважаючи на застосування глюкозооксидазного методу, на даний час відсутні точні наукові докази їх сумісності з препаратом Екстраніл. Щоб отримати додаткову інформацію, проконсультуйтеся з виробником.

² Системи вимірювання рівня глюкози АККУ-ЧЕК Нано і АККУ-ЧЕК Авіва Плюс доступні ВИКЛЮЧНО в Сполучених Штатах Америки і використовуються з тест-смужками марок АККУ-ЧЕК СмартВ'ю та АККУ-ЧЕК Авіва Плюс відповідно. Ці системи використовуються зі смужками Mut Q-GDH (**сумісними**). Щоб отримати додаткову інформацію, проконсультуйтеся з виробником.

³ Монітори TRUEresult (GDH-FAD), TRUEresult Twist 2, TRUEyou, не були протестовані з урахування рекомендуємих Бактер меж для ікодекстрина та мальтози. Таким чином, ці монітори **не рекомендується** використовувати пацієнтам, що знаходяться на діалізі.

Вид випробування (Test Type)*

GO = glucose oxidase

GDH-NAD = glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide

GDH-FAD = glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide

Mut Q-GDH = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference

Будь ласка, ознайомтеся з повною версією інструкції для медичного застосування розчину для ПД ЕКСТРАНІЛ (ікодекстрин).

«Бакстер» та ЕКСТРАНІЛ – торговельні марки компанії «Бакстер Інтернешенл Інк».
Інші торговельні знаки та продукти, згадані в цьому документі належать відповідним власникам.