

**Viktig säkerhetsinformation****OBSERVERA****Risk för falskt höga glukosnivåer vid blodglukosmätning**

Bästa Hälso- och sjukvårdspersonal

Vantive Health LLC vill göra dig uppmärksam på **viktig säkerhetsinformation** rörande patienter som använder **EXTRANEAL** (icodextrin 7,5%) vid peritonealdialysbehandling och som kan komma att behöva använda blodglukosmätare och teststickor.

**Patienter som använder EXTRANEAL (icodextrin 7,5%) peritonealdialyslösning kan få felaktiga blodglukosvärden med vissa blodglukosmätare och teststickor.**

Använd **ENDAST** blodglukosmätare och teststickor som är glukosspecifika. Dessa metoder är vanliga i kliniska laboratorier. Kontakta tillverkaren av glukosmätare och teststickor för att fastställa att rätt metod används.

För mer information besök [www.glucosesafety.com](http://www.glucosesafety.com) där finns även en lista över glukosmätare.

Termen glukosspecifik tillämpas på glukosmätare och teststickor som inte påverkas av maltos eller vissa andra sockerarter. Eftersom behandling med **EXTRANEAL** (icodextrin 7,5%) peritonealdialysvätska ger förhöjda blodnivåer av maltos bör endast glukosspecifika mätare och teststickor användas.

Använd inte glukosmätare eller teststickor som använder enzymet glukos-dehydrogenas pyrroloquinolinquinon (GDH-PQQ) eller glukos-dye-oxidoreduktas. Vissa glukosmätare och teststickor som använder glukos-dehydrogenas flavin-adenin-dinucleotid (GDH-FAD), ska ej heller användas. Pga av maltosinterferens kan det resultera i felaktigt förhöjda värden av blodglukosnivåer hos patienter som använder **EXTRANEAL** (icodextrin 7,5%). Ett normalt blodglukosvärde med dessa glukosmätare kan maskera en äkta hypoglykemi (lågt blodglukosvärde) hos patienter som behandlas med **EXTRANEAL** (icodextrin 7,5%). Detta kan göra att patient eller sjukvårdspersonal inte åtgärdar blodsockret på ett lämpligt sätt för att nå normala nivåer. Ett falskt förhöjt blodsockervärde kan orsaka att en patient får mer insulin än nödvändigt. Båda dessa situationer kan leda till livshotande tillstånd, inklusive medvetslöshet, koma, neurologisk skada eller döden.

Övriga faktorer att beakta för patienter som använder **EXTRANEAL** (icodextrin 7,5%):

1. Att upphöra med användandet av **EXTRANEAL** (icodextrin 7,5%) avlägsnar inte omedelbart risken för felaktiga resultat med blodglukosmätare. Det kan finnas risk för falskt förhöjda glukosnivåer upp till 2 veckor efter avslutad behandling med **EXTRANEAL** (icodextrin 7,5%).

Vantive och Extraneal är registrerade varumärken som tillhör Vantive Health LLC eller dess dotterbolag.

2. För att avgöra vilken metod som används för att mäta glukosvärden, läs igenom märkningen för både glukosmätaren och teststickorna som används. Skulle osäkerhet förekomma, kontakta tillverkaren av glukosmätare och teststickor för att fastställa vilken metod som används.
3. Om sjukhuset använder elektroniska medicinjournaler, bör man skriva in ovanstående information, som beskriver möjlig risk för felaktiga resultat med blodglukosmätare eller teststickor. Välj ett lämpligt fält, väl synligt för samtliga användare.

Om du märker biverkningar när du använder EXTRANEAL, rapportera dem till Vantive på [Nordic.GPS.drugsafety@vantive.com](mailto:Nordic.GPS.drugsafety@vantive.com) och din lokala myndighet (se detaljer nedan).

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)  
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea  
Biverkningsregistret  
PB 55, FI-00034 Fimea

För övrig information var god se [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi) eller [www.glucossafety.com](http://www.glucossafety.com).

Vi hoppas att denna informationen är användbar. Kontakta gärna en Vantive representant om du har några övriga frågor om **EXTRANEAL** (Icodextrin 7,5%).



Kate McCarthy  
Medical Director  
Kidney Care EMEA

Uppdaterat oktober 2024. v 4.1

Vantive och Extraneal är registrerade varumärken som tillhör Vantive Health LLC eller dess dotterbolag.