

Front

WARNING

Potential for Incorrect Blood Glucose Reading

ONLY use glucose monitors and test strips that are glucose-specific. These methods are common in clinical laboratories. Contact the manufacturer of the glucose monitors and test strips to determine the method that is used.

DO NOT use glucose monitors or test strips that utilize glucose dehydrogenase pyriminodinequinone (GDH-PQ) or glucose-6P-oxidoreductase methods. In addition, some test kits or monitors or test strips that utilize a glucose dehydrogenase flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD) method should not be used. Use of these methods may result in falsely elevated blood glucose readings in patients using EXTRANEAL (icodextrin) due to malaise interference. Falsely elevated blood glucose readings may mask true hypoglycemia or lead to the erroneous diagnosis of hyperglycemia, leading to life-threatening events.

Visit www.glucosafety.com for additional information, including a glucose monitor compatibility list.

Back

See reverse side for warnings

Patient Name _____

Is using **EXTRANEAL** (icodextrin)
peritoneal dialysis solution

Emergency Contact Information

Dialysis Unit _____

Other Contact _____

Baxter and EXTRANEAL are trademarks of Baxter International Inc.
MY-RC21-240004 Date of Preparation 18th June 2024.

Signature Bar on Back

Front

AMARAN DAN PERINGATAN

Kemungkinan Gangguan Bacaan Glukos Darah

HANYA gunakan alat glukosa dan strip ujian yang menggunakan kaedah glukosa spesifik. Kaedah-kaedah ini lazimnya digunakan di makmal perubatan. Hubungi pengeluar alat monitor dan strip ujian untuk pastikan kaedah yang digunakan.

JANGAN gunakan monitor glukosa atau strip ujian yang menggunakan enzim glucose dehydrogenase pyriminodinequinone (GDH-PQ) atau glucose-6P-oxidoreductase. Selain daripada itu, ada sebahagian alat glukosa atau strip ujian yang menggunakan enzim glucose dehydrogenase flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD) juga tidak boleh digunakan. Kaedah-kaedah tersebut mungkin menyebabkan gangguan bacaan glukosa (bacaan lebih tinggi) bagi pesakit yang menggunakan EXTRANEAL (icodextrin).

Ini mungkin menyebabkan pesakit salah mendapatkan bacaan glukosa yang betul dan lanjut mengakibatkan kesalahan diagnosis. hyperglycemia yang boleh menyebabkan keadaan yang memuduhatkan kepada pesakit. Untuk maklumat lanjut, termauk maklumat mengenai senarai monitor glukosa yang sesuai untuk diguna, lawati laman web www.glucosafety.com.

Back

Lihat sebelah untuk amaran dan peringatan

Patient Name _____

Menggunakan cecair dialysis peritoneum
EXTRANEAL (icodextrin)

Nombor Panggilan Kecemasan

Pusat Dialysis _____

Lain-lain _____

BAXTER dan EXTRANEAL adalah hak milik Baxter International Inc.
MY-RC21-240004 Tarikh Penyediaan 18th Jun 2024

Signature Bar on Back
