

Liste over blodsukkerapparater i Norge 2024

Land: Norge (Norway)

Viktig informasjon

Denne listen, gjeldende fra **august 2024**, er ikke en fullstendig liste. Om listen ikke inneholder et spesifikt blodsukkerapparat eller teststrimler, så betyr det **IKKE** nødvendigvis at det er kompatibelt med EXTRANEAL (Ikodekstrin) peritonealdialysevæske. Dette gjelder også for andre blodsuktermålingssystemer, som ikke er ført opp i listen nedenfor (system for kontinuerlig blodsuktermåling), for kompatibilitet med EXTRANEAL. **Ta alltid kontakt med leverandøren av utstyret for oppdatert informasjon.** Om leverandør ikke kan bistå med informasjon om deres utstyr påvirkes av Ikodekstrin eller Maltose, anbefaler Baxter de pasienter som bruker Extraneal, å **IKKE** bruke disse produkter. Baxter forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne listen uten å annonsere det på forhånd, samt at man ikke har noen forpliktelse til oppdatere innholdet i denne listen med alle potensielle inkompatible produkter.

Produsentene av blodsukkerapparater som er angitt nedenfor har forsikret Baxter om at de har testet (iht. ISO 15197) sine apparater med Maltose og Ikodekstrin i henhold til Baxters anbefalte grenser: 278 mg/dl (Maltose) og 1094 mg/dl (Ikodekstrin). Produsentene garanterer at deres apparater som er angitt som "grønne" nedenfor, ikke viser noen påvirkning på blodsuktermålinger under disse forholdene. Vær oppmerksom på at kompatibilitetslisten under kun gjelder for blodsuktermålere av et merke, som er brukt sammen med teststrimler tilhørende samme merke. Hvis et blodsukkerapparat av et merke brukes med teststrimler fra en annen leverandør, **må leverandøren av teststrimlene alltid kontaktes for gjeldende informasjon.**

Denne listen er satt sammen etter søk via: Internett, litteratur, Baxters interne studier, informasjon fra myndigheter, produktinformasjon fra teststrimler, sikkerhetsadvarsler og direkte informasjon fra produsenten av produktene. Det er brukt ressurser på å samle inn nøyaktig og gjeldende informasjon. Baxter produserer imidlertid ikke disse blodsukkerapparatene eller teststrimlene og kan derfor ikke garantere at denne informasjonen til enhver tid er korrekt. Vennligst kontakt produsent(e) av blodsukkerapparatene og teststrimlene for å få den siste gjeldende informasjon før bruk sammen med EXTRANEAL (Ikodekstrin) PD peritonealdialysevæske.

1. EXTRANEAL (Ikodekstrin) peritonealdialysevæske inneholder Ikodekstrin. Maltose, et nedbrytningsprodukt av Ikodekstrin, kan påvirke visse blodsukkerapparater eller teststrimler. Påvirkningen resulterer i en falskt forhøyet blodsuktermåling hos pasienter som bruker disse apparatene eller teststrimlene.
2. Denne påvirkningen kan kamuflere en sann hypoglykemi eller føre til feilaktig diagnose av hyperglykemi. En blodsuktermåling innenfor eller over normalområdet hos en pasient som bruker EXTRANEAL (Ikodekstrin) peritonealdialysevæske ved bruk av disse apparatene eller teststrimlene, kan derfor kamuflere et lavt blodsukker. Dette kan medføre at en pasient eller helsepersonell ikke tar nødvendige forhåndsregler for å få blodsukkeret på et normalt nivå. En falskt forhøyet blodsuktermåling kan også medføre at pasienten får mer insulin enn nødvendig. Begge disse situasjonene kan føre til livstruende tilstander, inkludert tap av bevissthet, koma, nevrologisk skade eller død.
3. Dialyseavdelingen eller pasienten bør kontakte produsenten av blodsukkerapparatet og/eller teststrimlene for å finne ut om blodsukkerapparatet og/ eller teststrimlene som brukes, påvirkes av Ikodekstrin eller Maltose. Les også produktinformasjonen som medfølger blodsukkerapparatet og teststrimlene.
4. Følgende liste er kun ment som referanse. Listen gir ingen anbefalinger med hensyn til disse blodsukkerapparatene eller teststrimlene.
5. Identifisert kompatibilitet er vist i tabellen nedenfor. Bruk **KUN** glukose-spesifikke blodsukkerapparater og teststrimler til pasienter som bruker EXTRANEAL (Ikodekstrin) peritonealdialysevæske. Kontakt leverandøren for å få bekreftelse på at teststrimlene og blodsukkerapparatene er glukose-spesifikke. Listen inneholder kontaktinformasjon til produsentene av de mest vanlige blodsukkerapparatene og teststrimlene.

LANDSSPESIFIKK LISTE OVER BLODSUKKERAPPARATER

Oppdatert august 2024

Blodsukkerapparat	Kompatibel med Extraneal (Ikodekstrin) peritonealdialysevæske (glukose-spesifikk)	Test type*	Produsent
FreeStyle Freedom	Ja	GDH-FAD	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com www.abbott.co.uk Tlf: N/A
FreeStyle Freedom Lite	Ja	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Ja	GDH-FAD	
FreeStyle Libre ¹	Ikke anbefalt	GO	
FreeStyle Libre Pro ¹	Ikke anbefalt	GO	
FreeStyle Libre 2 ¹	Ikke anbefalt	GO	
FreeStyle Libre 3 ¹	Ikke anbefalt	GO	
FreeStyle Optium Neo	Ja	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Ja	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	Ja	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	Ja	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Ja	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Ja	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Ja	GDH-NAD	
Assure Platinum	Ja	GO	
GLUCOCARD 01	Ja	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Ja	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Ja	GO	
GLUCOCARD MX	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Ja	GO	
GLUCOCARD X-meter	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	Ja	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	Ja	GO	
ReliOn Confirm	Ja	GO	
ReliOn micro	Ja	GO	
ReliOn Prime	Ja	GO	
GLUCOCARD S onyx	Ja	GDH-FAD	
PocketChem BG	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	Ja	GO	
GLUCOCARD PlusCare	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	Ja	GDH-FAD	
GlucoCard G+	Ja	GO	
GlucoCard G+ Link	Ja	GO	
GlucoCard Σ+	Ja	GO	
GlucoCard Σ+ Link	Ja	GO	

Blodsukkerapparat	Kompatibel med Extraneal (Ikodekstrin) peritonealdialysevæske glukose-spesifikk)	Test type*	Produsent
Breeze 2	Ja	GO	Ascensia Diabetes Care (tidligere Bayer Healthcare) www.ascensia.com www.diabetes.ascensia.no Tlf: 67 12 28 00
Contour	Ja	GDH-FAD	
Contour Link	Ja	GDH-FAD	
Contour Next	Ja	GDH-FAD	
Contour Next EZ	Ja	GDH-FAD	
Contour Next Link	Ja	GDH-FAD	
Contour Next Link 2.4	Ja	GDH-FAD	
Contour Next USB	Ja	GDH-FAD	
Contour Next One	Ja	GDH-FAD	
Contour Plus	Ja	GDH-FAD	
Contour Plus Link 2.4	Ja	GDH-FAD	
Contour Plus One	Ja	GDH-FAD	
Contour TS	Ja	GDH-FAD	
Contour USB	Ja	GDH-FAD	
Contour XT	Ja	GDH-FAD	
Contour Next (Connected)	Ja	GDH-FAD	
Contour Care	Ja	GDH-FAD	
Contour Plus Blue	Ja	GDH-FAD	
Contour Plus Elite	Ja	GDH-FAD	
Contour Next GEN	Ja	GDH-FAD	
OneTouch SelectPlus	Ja	GO	Lifescan, Inc. www.lifescan.com , www.onetouch.com/ www.myonetouch.co.uk Tlf: N/A
OneTouch SelectPlus Flex	Ja	GO	
OneTouch SelectPlus Simple	Ja	GO	
OneTouch Select Simple	Ja	GO	
OneTouch Ultra 2	Ja	GO	
OneTouch UltraEasy	Ja	GO	
OneTouch UltraMini	Ja	GDH-FAD	
OneTouch UltraPlus Flex	Ja	GDH-FAD	
OneTouch UltraPlus Reflect	Ja	GO	
OneTouch UltraVue	Ja	GDH-FAD	
OneTouch Verio	Ja	GDH-FAD	
OneTouch VerioFlex	Ja	GDH-FAD	
OneTouch VerioIQ	Ja	GDH-FAD	
OneTouch VerioPro+	Ja	GDH-FAD	
OneTouch VerioVue	Ja	GDH-FAD	
OneTouch Verio Reflect	Ja	GDH-FAD	

Blodsukkerapparat	Kompatibel med Extraneal (Ikodekstrin) peritonealdialysevæske (glukose-spesifikk)	Test type*	Produsent	
Nova Max Plus	Ja	GO	Nova Biomedical www.novabiomedical.com Tlf : N/A	
Nova Max Link	Ja	GO		
StatStrip Hospital Glucose Meter	Ja	GO		
StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System	Ja	GO		
StatStrip Xpress Glucose Meter	Ja	GO		
StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System	Ja	GO		
StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System	Ja	GO		
Nova Pro Glucose/Ketone Meter	Ja	GDH-FAD		
StatStrip Glucose Hospital Meter System V2.0	Ja	GO		
StatStrip Glucose/Ketone Hospital Meter System V2.0	Ja	GO		
Accu-Chek Active	Ja	Mut Q-GDH		Roche Diagnostics www.accu-chek.com www.accu-chek.no www.roche.no Tlf: 21 400 100
Accu-Chek Aviva	Ja	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Aviva Combo	Ja	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Aviva Connect	Ja	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Aviva Expert	Ja	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Aviva Insight	Ja	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Aviva Plus ²	Ja	Mut-Q-GDH		
Accu-Chek Aviva Solo	Ja	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Guide	Ja	GDH-FAD		
Accu-Chek Guide Me	Ja	GDH-FAD		
Accu-Chek Inform II	Ja	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Instant	Ja	GDH-FAD		
Accu-Chek Instant S	Ja	GDH-FAD		
Accu-Chek Nano ²	Ja	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Nano SmartView ²	Ja	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Mobile	Ja	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Performa	Ja	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Performa Combo	Ja	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Performa Connect	Ja	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Performa Insight	Ja	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Performa Solo	Ja	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Guide Solo	Ja	GDH-FAD		
TRUE METRIX	Ja	GDH-FAD	Trividia Health www.trividiahealth.com www.trividiahealth.co.uk/ Tlf: N/A	
TRUE METRIX GO	Ja	GDH-FAD		
TRUE METRIX Air	Ja	GDH-FAD		
TRUEresult ³	Ikke anbefalt	GDH-FAD		
TRUEresult Twist 2 ³	Ikke anbefalt	GDH-FAD		
TRUEyou ³	Ikke anbefalt	GDH-FAD		

Blodsukkerapparat	Kompatibel med Extraneal (Ikodekstrin) peritonealdialysevæske (glukose-spesifikk)	Test type*	Produsent
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700	Ja	GDH-FAD	Bionime Corporation www.bionime.com
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro	Ja	GDH-FAD	Tfn: N/A
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700S	Ja	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700SB	Ja	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro 2	Ja	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM720	Ja	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM722	Ja	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max	Ja	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Plus	Ja	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333	Ja	GO	
Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260	Ja	GO	
GE100 Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
iGlucose Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
GE333 Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	

Blodglukosmätare	Kompatibel med Extraneal (Icodextrin) peritonealdialysvätska (glukosspecifika)	Test Typ*	Tillverkare
Quintet AC Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	Bionime Corporation www.bionime.com Tfn: N/A
Mylife Pura Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
Mylife Unio Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	
Mylife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	
Mylife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	
LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	
LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	
LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	
Righest Blood Glucose Monitoring System Max Tel	Ja	GDH-FAD	
Righest Blood Glucose and Ketone Monitoring System Max Dual	Ja	GDH-FAD	

¹ Disse Abbot-monitorene (sammen med Dexcom G4 Platinum, G5 Mobile, G6 och Medtronic iPro2) er **ikke anbefalt** av produsenten for bruk hos dialysepasienter. Selv om dette apparatet bruker en GO basert terapi er der ingen vitenskapelig evidens for at det er kompatibelt med Extraneal. [Kontakt produsenten for mere informasjon](#)

² ACCU-Check Nano (ikke Avia eller Performa) og ACCU-CHECK Aviva Plus glukosesystemer er KUN tilgjengelige i USA, og bruker henholdsvis teststrimler av merket ACCU-CHEK Smartview og ACCU-CHEK Aviva Plus. Disse systemene bruker MutQ-GDH (**kompatibel**) strimler. [Kontakt produsenten for ytterligere informasjon.](#)

³ TRUEresult (GDH-FAD), TRUEresult Twist 2, TRUEyou monitors ble ikke testet med Baxters anbefalte grenser for Icodextrin og Maltose. Så disse monitorene er **ikke anbefalt** å bruke for dialysepasienter.

Test type*

GO = glukose-oksidase [glucose oxidase]

GDH-NAD = glukose-dehydrogenase med nikotinamid-adenin dinukleotid [glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide]

GDH-FAD = glukose-dehydrogenase med flavin-adenin dinukleotid [glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide]

Mut Q-GDH = glukose-dehydrogenase med pyrroloquinolinquinon modifisert for å eliminere maltosinterferens [glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference]

Vennligst se produktinformasjon for EXTRANEAL (Ikodekstrin) PD peritonealdialysevæske.
Baxter og EXTRANEAL er varemerker som tilhører Baxter International Inc.
Andre varemerker og produkter på disse sidene tilhører respektive produsenter.