

## คำ เต อ น

### มีโอกาสดเกิดความผิดพลาดในการอ่านค่าระดับน้ำตาลในเลือด

กรุณาใช้การตรวจวัดและชุดทดสอบที่เฉพาะเจาะจงกับกลูโคสเท่านั้น วิธีการนี้เป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคลินิก กรุณาติดต่อบริษัทผู้ผลิตเครื่องตรวจวัดกลูโคสและชุดทดสอบกลูโคสเพื่อขอข้อมูลวิธีตรวจวัดที่ใช้

ห้ามใช้เครื่องตรวจวัดกลูโคสหรือชุดทดสอบกลูโคสที่ใช้วิธี กลูโคส ดีไฮโดรจีเนส ไพโรโลควิโนลิโนนิน glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) หรือ วิธี กลูโคส ได ออกซิไดร์ดีดเทส glucose-dye-oxidoreductase. นอกจากนี้ไม่ควรใช้เครื่องตรวจวัดและชุดทดสอบบางรุ่นที่ใช้วิธี กลูโคส ดีไฮโดรจีเนส ฟลาวิน อดีนีน ไดนิวคลีโอไทด์ glucose dehydrogenase flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD). การใช้วิธีการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดข้างต้น จะได้รับผลรบกวนจากมอลโตส อาจทำให้ค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่อ่านได้สูงกว่าความเป็นจริง ในผู้ป่วยที่ใช้ เอ็กซ์ทราเนียล (ไอโคเด็กซ์ทริน) ค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่อ่านได้ผิดจากความเป็นจริง อาจปิดบังภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) หรือนำไปสู่ความผิดพลาดในการวินิจฉัยระดับน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตได้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.glucosafety.com](http://www.glucosafety.com) รวมทั้งรายชื่อของเครื่องตรวจวัดกลูโคสที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ใช้ เอ็กซ์ทราเนียล (ไอโคเด็กซ์ทริน)

**Baxter**

โปรดอ่านคำเตือนด้านหลัง

ชื่อผู้ป่วย : \_\_\_\_\_

ได้รับการรักษาด้วยน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง  
เอ็กซ์ทราเนียล (ไอโคเด็กซ์ทริน)

กรณีฉุกเฉินติดต่อ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต : \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

พยาบาลล้างไตทางช่องท้อง / ศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง: \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

อื่นๆ : \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

เอ็กซ์ทราเนียล เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท แบริกซ์เตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

TEX01:0610